

Kirurška tehnika


balanSys BICONDYLAR

LIS 4v1

Instrumentarij SMarT

Samo za uporabo s strani zdravstvenih delavcev. Prikazana slika ni predstavitev uporabe opisanega medicinskega pripomočka ali njegovega delovanja.

Preservation in motion



*Gradimo na tradiciji
in premikamo meje tehnologije
ter s svojimi kliničnimi partnerji
potujemo proti cilju ohranjanja mobilnosti*

Preservation in motion

Švicarsko podjetje Mathys, ki je zavezano k temu vodilu, razvija portfelj izdelkov s ciljem nadaljnjega razvoja tradicionalnih filozofij na področju materialov in zasnov medicinskih pripomočkov v odgovor na obstoječe klinične izzive. To odsevajo tudi naše podobe: tradicionalne švicarske dejavnosti v povezavi z vselej razvijajočo se športno opremo.

Kazalo

Uvod	4
Indikacije in kontraindikacije	5
Predoperativno načrtovanje	6
Cilj posega in kirurški pristop	7
Priprava bolnika	7
Pregled kirurške tehnike	8
Kirurška tehnika	10
1. Osteotomija stegenice	10
2. Osteotomija golenice	18
3. Priprava in vsaditev	22
3.1 balanSys CR, UC in RP	22
3.2 balanSys PS	27
Priloga	33
1 – Intramedularna osteotomija golenice	33
2 – Pogačica balanSys 3-Peg	35
3 – Številke artiklov vsadkov balanSys	38
4 – Velikost in združljivost vsadkov balanSys	50
5 – Številke artiklov za instrumente balanSys	51
6 – Številke artiklov za merilne šablone balanSys	80
Simboli in okrajšave	81

Opomba

Pred uporabo vsadka izdelovalca Mathys Ltd Bettlach se seznanite z uporabo instrumentov, kirurško tehniko, povezano z izdelkom, ter opozorili, varnostnimi napotki in priporočili iz navodil za uporabo. Izkoristite možnosti usposabljanja uporabnikov družbe Mathys in delajte v skladu s priporočeno kirurško tehniko.

Uvod

Sistem balanSys BICONDYLAR je modularni sistem za zamenjavo kolenskega sklepa.

Sistem balanSys BICONDYLAR sestavljajo cementna ali necementna stegnenična komponenta, cementni simetrični golenični pladenj in golenični vložek. Cementna komponenta pogačice je opsijska. Za stegnenične in golenične komponente je na voljo različica s prevleko iz TiNbN. Možnosti goleničnih vložkov vključujejo eno mobilno konfiguracijo (Rotating Platform – RP) in tri različne fiksne konfiguracije (Cruciate Retaining – CR; Ultra Congruent – UC in Posterior Stabilized – PS).

Za golenične vložke sta na izbiro dva materiala. Standardni UHMWPE ali vitamys, z vitaminom E stabilizirani PE, ki je zelo odporen proti obrabi in dobro zaščiten proti oksidaciji.¹

Sistem balanSys BICONDYLAR že od leta 1997 dokazuje svojo klinično vrednost z dobrimi kliničnimi rezultati.²

S kolenskim sistemom balanSys družba Mathys Ltd Bettlach ponuja širok nabor komponent, ki ustrezajo bolnikovim anatomskim značilnostim in funkcionalnim zahtevam kolenskega sklepa.

Vsadki, instrumenti in kirurške tehnike balanSys so zasnovani za izpolnjevanje zahtev kirurgov glede protez z vidika kinematike, uravnovešenja ligamentov, stabilnosti in dolgoročnega preživetja.²

Visokokakovostni instrumenti in vsadki so izdelani za dosledno odlične klinične rezultate. Kakovost, izdelana v Švici.

¹ Data on file Mathys Ltd Bettlach.

² Superior long-term survival for fixed bearing compared with mobile bearing in ligament-balanced total knee arthroplasty. Heesterbeek, P.J.C., van Houten, A.H., Klenk, J.S. et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, online 07 April 2017.

Indikacije in kontraindikacije

Indikacije

- Bolezen kolenskega sklepa, ki povzroča bolečino in/ali oviranost in je posledica osteoartritisa, avaskularne nekroze, vnetnega artritisa ali in/ali posttravmatičnega artritisa
- Revizija po zamenjavi kolenskega sklepa

Kontraindikacije

- Lokalna ali splošna okužba
- Kakršna koli nezadostnost mehkih tkiv, vezi, živcev ali žil, ki bi lahko predstavljala nesprejemljivo tveganje za nestabilnost proteze, neuspešno fiksacijo proteze in/ali zaplete pri pooperativni negi
- Okrnjena kostna masa zaradi izgube kosti, kostnih defektov ali nezadostne kostnine, ki ne zadošča za ustrezno podporo in/ali fiksacijo proteze
- Preobčutljivost na uporabljene materiale
- Nezrelost skeleta
- Uleknjeno koleno
- Nezadostnost izteznega aparata kolena
- Napredujoča neoplastična bolezen

Za dodatne informacije preberite navodila za uporabo ali se posvetujte s svojim predstavnikom družbe Mathys.

Predoperativno načrtovanje

Cilji predoperativnega načrtovanja

- Prepoznavna in kvantifikacija deformacij in kostnih defektov ter osteofitov
- Določitev kota med anatomsko in mehansko osjo
- Predhodna določitev velikosti stegnenične in golenične proteze z uporabo načrtovalnih šablon

Predoperativno načrtovanje vključuje

- Anteroposteriorni (AP) in lateralni rentgenogram kolenskega sklepa in tangencialni rentgenogram pogačice
- Posnetke noge v celotni dolžini
- Načrtovalno šablono za celotno nogo
- Rentgensko šablono

Cilj posega in kirurški pristop

- Medoperativna poprava osnih odklonov v frontalni ravnini noge vzdolž mehanske osi, pri čemer mora biti sklepna črta pod pravim kotom glede na to os
- Rekonstrukcija razmerij fiziološke osi
- Kinematika, povezana s protezo
 - fiziološka sklepna črta
 - zadostna medialna in lateralna stabilnost v ekstenziji in fleksiji
 - pravilno centriran in uravnotežen patelofemoralni sklep
 - prosto gibanje: od največje ekstenzije do največje mogoče fleksije

Izbira pristopa je odvisna od osne malpozicije (varus/valgus).

Priprava bolnika

Kirurški poseg se izvaja pri bolniku v splošni ali spinalni anesteziji, pri čemer je potrebna zadostna sproščenost mišic.

Bolečina po posegu je manjša, če se ne uporabi preveza. Če je treba uporabiti prevezo, jo je treba namestiti na proksimalni del stegna in napihniti, ko je koleno v položaju hiperfleksije. Na ta način bo največji del štiriglave stegenske mišice pod ravniyo preveze.



Bolnika namestite v položaj na hrbtu.

Pokrčite koleno v kot 90°.






Na mizi uporabite podporni valj ter stransko podporo, da olajšate izteg in pokrčenje noge.

Pregled kirurške tehnike

1. Osteotomija stegenice



	Odprtje intramedularnega kanala in vstavev intramedularne palice. Pritrditev vodila za določanje velikosti/rotacije stegenice LIS. Določanje rotacijske orientiranosti in velikosti stegenice. > Stran 10
	Izvrstitev dveh lukenj za rezalni blok 4v1. Pritrditev distalnega stegeničnega rezalnega bloka. Distalna osteotomija. > Stran 14
	Vstavitev rezalnega bloka 4v1. Kontrola načrtovane globine resekcije. Anteriorna in posteriorna osteotomija stegenice s poševnimi rezi. > Stran 16



2. Osteotomija golenice

				Uporaba goleničnega referenčnega sistema vzporedno z anteriornim goleničnim korteksom in poravnava. Prilagoditev posteriornega naklona. Določitev sklepne črte in pritrditev goleničnega referenčnega sistema. > Stran 18
				Prilagoditev resekcijske globine. Osteotomija golenice. Določitev velikosti platoja golenice. Opomba Uporabite retraktorje, da zaščitite ligamente med resekcijo golenice. > Stran 19

3.1 Priprava in vsaditev: balanSys CR, UC in RP



				Priprava trohlearnega utora. Vstavitev golenične šablone in preskusnega vložka PE. Vstavitev preskusne stegnenice. Preskusna naravnava kolenskega sklepa. > Stran 22
---	---	---	---	---


				I. Priprava stegneničnih sidrnih zatičev II. Priprava goleničnega medularnega prostora III. Priprava rebra > Stran 24
--	---	---	---	--

				I. Vstavitev platoja golenice balanSys II. Vstavitev vložka balanSys III. Vstavitev stegnenice balanSys > Stran 25
--	--	--	--	---

3.2 Priprava in vsaditev: balanSys PS

				Priprava stegneničnega ležišča. Vstavitev preskusne stegnenice. Vstavitev golenične šablone in preskusnega vložka PE. Preskusna naravnava kolenskega sklepa. > Stran 28
---	---	---	---	--

			I. Priprava goleničnega medularnega prostora II. Priprava rebra > Stran 31
--	---	---	---


				I. Vstavitev platoja golenice balanSys PS II. Vstavitev stegnenice balanSys PS III. Vstavitev vložka balanSys PS > Stran 32
---	---	---	---	--

Opomba

Z instrumenti balanSys so združljivi 1,27 mm žagini listi. Za žagine liste, ki jih distribuira družba Mathys, glejte brošuro 336.030.032 »Sterilni žagini listi«.

Kirurška tehnika

1. Osteotomija stegenice




Sl. 1 Odpiranje medularne votline

Intramedularna poravnava resekcije stegenice

Odprite medularno votlino z 8,5 mm svedrom (slika 1).


Opomba

Stegnenično medularno votlino je treba odpreti v pravilni osni smeri iztega, da ne pride do nepravilne vsaditve v pokrčenju in iztegu.



Sl. 2 Vstavljanje intramedularne palice

Vstavite intramedularno palico, pri čemer si pomagajte z ročajem z referenčnim sistemom za golenico. Najprej je treba odstraniti obstoječe osteofite (slika 2).




Sl. 3 Vstavljanje bloka za poravnavo osi LIS

Pozicioniranje vodila za določanje velikosti/rotacije stegenice

Izberite velikost vodila za določanje velikosti/rotacije stegenice (XS–D ali A–F). Uvedba bloka za poravnavo osi LIS (3°, 5°, 6°, 7° ali 9°) v vodilo za določanje velikosti/rotacije stegenice (slika 3). Kot bloka za poravnavo osi ustreza predoperativno določenemu kotu med mehansko in anatomsko osjo stegenice (valgusni kot stegenice).

Opomba

Vstavite blok za poravnavo osi, ki je primeren za desno oziroma levo nogo. Pri tem »left« pomeni levo koleno, »right« pa desno koleno. Orientacija črkovnih oznak na bloku za poravnavo osi mora biti enaka tisti na vodilu za določanje velikosti/rotacije stegenice.




Sl. 4 Vstavljanje rotacijskega ležaja stegenice

Za prilagoditev rotacije so na voljo 3 koti. Izberete lahko rotacijski ležaj stegenice 0°, 3° ali 5°, odvisno od kota.


Uvedba ustreznega rotacijskega ležaja stegenice, velikega ali malega (slika 4).

Opomba

Kazalnik na rotacijskem ležaju stegenice mora kazati proti specifični strani (desni ali levi) na vodilu za določanje velikosti/rotacije stegenice. Pri levem kolenu mora kazalnik kazati »left«, pri desnem pa »right« (sliki 4 in 5).




Sl. 5 Položaj kazalnika





Sl. 6

Potisnite vodilo za določanje velikosti/rotacije stegenice preko intramedularne palice skozi odprtino v bloku za poravnavo osi, tako da se instrument ustavi pri distalnem kondilu (slika 6).




Sl. 7

Potiskajte instrument v anteriorni smeri, tako da se rotacijski ležaj stegenice dotakne posteriornih kondilov na obeh straneh (slika 7).



Sl. 8


Če vodilo za določanje velikosti/rotacije stegenice XS-D zdrsne med kondila v zarezi, je treba uporabiti vodilo za določanje velikosti/rotacije stegenice A-F (slika 8).



Sl. 9

Vodilo za določanje velikosti/rotacije stegnenice je mogoče ustrezno prilagoditi z uporabo včrtane črte in vstavljenih zatičev za podaljšanje linije do transepikondilarne osi (slika 9).

Po prilagoditvi se vodilo za določanje velikosti/rotacije stegnenice pritrdi z zatičem skozi poševne odprtine v spodnjem delu instrumenta. Odprtina se vnaprej izvrti s 3,2 mm svedrom.



Sl. 10 Določanje velikosti stegnenice

Velikost stegnenice se določi s tipalom velikosti LIS, ki ga položite na najvišjo točko metafize stegnenice.

Uvedite tipalo velikosti LIS na relevantni strani (desni/levi) vodila za določanje velikosti/rotacije stegnenice (slika 10).

Velikost stegnenice se odčitja na anteriornem in distalnem merilu tipala velikosti LIS.


1. Odčitajte oznako na distalnem merilu.
2. Prenesite odčitano vrednost na anteriorno merilo.
3. Velikosti se morata ujemati.

Opomba

Velikost stegnenice se mora ujemati z velikostjo golenice (priloga 4).

Opomba

Tipalo stegnenice LIS se proksimalno dotakne položaja, v katerem počiva konica anteriorne stegnenične plošče po vsaditvi.




Sl. 11 Vrtanje dveh lukenj s 3,2 mm svedrom

Po določitvi velikosti stegnenice je treba izvrtati odprtini za vstavitev rezalnega bloka 4v1 (slika 11).

Opomba


Izvtini za odprtini za vstavitev morata biti dovolj globoki, da ostaneta vidni tudi po distalni resekciji stegnenice.



Sl. 12


Namestite distalni rezalni blok na držalo LIS.

Potisnite drsnik naprej v držalo LIS, da se zaskoči na mesto (slika 12).



Sl. 13


Uvedite držalo LIS z distalnim rezalnim blokom v izvrtano odprtino vodila za določanje velikosti/rotacije stegnenice ter ga potisnite na anteriorno stegnenico (slika 13).



Sl. 14 Pozicioniranje distalnega rezalnega bloka

Distalni rezalni blok se lahko premakne mediolateralno, skladno z anatomske pogoji (slika 14).

Distalni rezalni blok mora biti pritisnjen ob anteriorni kondil.




Sl. 15 Vnaprejšnje izvrtanje in namestitev 2 zatičev

Vnaprejšnje vrtanje referenčnih odprtini za distalni rezalni blok. Bodite pozorni na oznako 0. Vstavite dva zatiča v vnaprej izvrtani anteriorni odprtini (slika 15).

Odstranitev instrumentov poteka v naslednjem redu:

1. Popustite drsnik na držalu LIS, nato izvalcite držalo iz vodila za določanje velikosti/rotacije stegenice.
2. Izvalcite zatič za fiksacijo iz vodila za določanje velikosti/rotacije stegenice.
3. Odstranite vodilo za določanje velikosti/rotacije stegenice, vključno z blokom za poravnavo osi in rotacijskim ležajem stegenice.
4. Izvalcite intramedularno palico.

S tipalno ploščico preverite raven načrtovane distalne resekcije (slika 16).



Sl. 16 Kontrola površine načrtovane distalne resekcije

Po potrebi premaknite distalni rezalni blok za +2/+4/-2 mm.

Opomba

Distalni rezalni blok je mogoče premakniti, da se doseže stalna napetost ligamentov pri pokrčenju in iztegu.

Opomba


Za zagotovitev optimalne stabilnosti je treba distalni rezalni blok pritrditi z dodatnim poševnim zatičem



Sl. 17 Izvedba distalne resekcije stegnenice

Izvedba distalne resekcije stegnenice (slika 17).


Odstranitev zatičev in distalnega rezalnega bloka.



Sl. 18 Prilagajanje velikosti stegnenice z menjavo rezalnega bloka

Opomba


Posamezne velikosti stegneničnih komponent balanSys se **v AP smeri** med sabo **razlikujejo za 3mm**. Razdalja med posteriornim rezom in pritrditvijo z zatiči je v celotnem razponu rezalnih blokov točno enaka, zato je fleksijska vrzel stalna ne glede na velikost (slika 18).



Sl. 19 Vstavitev rezalnega bloka 4v1

Izvedba anteriorne in posteriorne osteotomije stegnenice s poševnim rezom

Izbrani rezalni blok 4v1 s pomočjo klešč vstavite v dve predhodno izvrtani luknji, dokler ne sloni plosko na površini distalne osteotomije (slika 19).




Sl. 20

Z referenčno ploščo preverite načrtovano resekcijsko ravnino (slika 20). Mediolateralna pritrditev rezalnega bloka 4v1 z dvema zatičema za stabilizacijo.

Opomba

Rezalni blok 4v1 se lahko premakne za 1,5 mm anteriorno ali za 1,5 mm posteriorno. Predhodno izvrtajte ustrezni luknji skozi rezalni blok 4v1. S pomočjo klešč odstranite rezalni blok 4v1 in ga postavite v novi predhodno izvrtani luknji, dokler ne sloni plosko na površini distalne osteotomije.



Sl. 21 Izvedba osteotomij

Izvedba osteotomij (slika 21) v naslednjem vrstnem redu:

1. Anteriorna osteotomija
2. Posteriorna osteotomija
3. Poševna reza

Opomba


Posteriorno osteotomijo je treba opraviti s kolenom v fleksiji 90°, saj se s tem prepreči stik golenične površine z žaganim listom, posteriorno mehko tkivo pa se odmakne od posteriornih kondilov.

Odstranitev rezalnega bloka 4v1 s pomočjo klešč.

Odstranitev vseh marginalnih kosti in osteofitov, še zlasti v področju posteriornih kondilov.

Kirurška tehnika


2. Osteotomija golenice



Sl. 22

Sestava ekstramedularnega referenčnega sistema za poravnavo golenice (slika 22)

Premaknite gleženjsko držalo (1) na distalni konektor (2). Premaknite distalni namerilni pripomoček (3) na distalni konektor (2) in pritrdite gleženjsko držalo s goleničnim zaklepnim vijakom (5). Pustite povezovalni vijak (4) rahlo odvit. Distalni namerilni pripomoček (3) združite s proksimalnim namerilnim pripomočkom (6) in ga pritrdite s povezovalnim vijakom (7). Vstavite golenično rezalno vodilo (8) na proksimalni namerilni pripomoček (6). Nastavite golenično rezalno vodilo na ničlo in privijte vijak (9) s šesterokotnim izvijačem.




Sl. 23 Namestitev goleničnega referenčnega sistema



Sl. 24 Poravnava goleničnega referenčnega sistema

Namestitev ekstramedularnega referenčnega sistema za poravnavo golenice

Golenični referenčni sistem se postavi vzporedno z anteriornim goleničnim korteksom (slika 23). Poravnajte golenični referenčni sistem distalno z drugo metatarzofalangealno kostjo in ga pritrdite s silikonskim trakom (slika 24). Za pravilno rotacijsko poravnavo mora biti središče goleničnega rezalnega vodila poravnano s prehodom medialne tretjine v srednjo tretjino golenične grče. Druga možnost je vzporedna poravnava goleničnega rezalnega vodila s črto med posteriornima robovoma medialnega in lateralnega platoja golenice.




Sl. 25 Poravnava dorzalnega naklona

Nastavitev posteriornega naklona

Za nastavitev posteriornega naklona uporabite šesterokotni izvijač glede na anatomijo (taktilna ravnina vzporedno z najbolje ohranjeno sklepno površino golenice) (slika 25).

Opomba

Avtorji priporočajo posteriorni naklon 7° za vsadek, ki ohrani križno vez, in do 5° za vsadek, ki nadomesti zadnjo križno vez.




Sl. 26 Nastavitev prvotne sklepne črte

Določite izvirno sklepno črto na ravni najbolje ohranjene sklepne površine golenice z referenčno ploščo ali golenično iglo (slika 26).



Sl. 27 Pritrditev goleničnega referenčnega sistema



Sl. 28 Prilagoditev resekcijske globine

Pritrditev goleničnega referenčnega sistema

Pritrdite golenični referenčni sistem proksimalno z vsaj dvema zatičema v specificiranih luknjah (poševni in ravni) (slika 27). Luknji se predhodno izvrtata s 3,2 mm svedom.

Osteotomija golenice

S šesterokotnim izvijačem pomaknite golenično rezalno vodilo 6–8 mm distalno (slika 28).

Z referenčno ploščo preverite prilagojeno raven osteotomije.




Sl. 29 Izvedba osteotomije golenice

Izvedba osteotomije golenice (slika 29) in odstranitev ostanka posteriornega meniskusa.

Opomba

Uporabite retraktorje, da zaščitite ligamente med resekcijo golenice.




Sl. 30

Odstranite golenično rezalno vodilo (slika 30).

Opomba

Ob odstranitvi goleničnega referenčnega sistema je treba pustiti na mestu zatič za prihodnjo referenco, če bi bila potrebna dodatna osteotomija golenice.




Sl. 31 Določitev velikosti golenične proteze

Določitev velikosti goleničnega vsadka

S golenično šablono določite velikost golenične proteze, pri čemer upoštevajte rotacijsko poravnavo (slika 31). Cilj je doseči čim večjo pokritost površine osteotomije. Z nastavitveno palico preverite os in naklon rezalne ravnine.


Poleg ekstramedularno poravnane osteotomije golenice je mogoča tudi intramedularna poravnava (glejte dodatek 1).



Sl. 32 Pregled fleksijske vrzeli

Pregled fleksijske vrzeli


- Vstavitve distančnega bloka v fleksijsko vrzel z vstavkom distančnega bloka, predhodno določenem v ekstenziji (slika 32)
- Ocena medialne in lateralne stabilnosti ligamentov



Sl. 33 Pregled ekstenzijske vrzeli

Pregled ekstenzijske vrzeli

Preverjanje ekstenzijske vrzeli z vstavitjo distančnega bloka z ustreznim vložkom za distančni blok (slika 33).




Sl. 34

Preverite mehansko os (slika 34), medialno in lateralno stabilnost ter zmožnost ekstenzije. Če so razmere pretesne, se lahko na distalni stegnenici ali golenici opravi ponovna osteotomija.


Odstranitev distančnega bloka.

Kirurška tehnika

3. Priprava in vsaditev




Sl. 35 Namestitev trohlearne puše



Sl. 36 Pritrditev trohlearne puše



Sl. 37



Sl. 38 Vstavitev preskusne golenične proteze

3.1 balanSys CR, UC in RP

Priprava stegnenice

Trohlearna puša se namesti na stegnenico (slika 35) in diagonalno pritrdi z vsaj dvema zatičema (slika 36).

Opomba

Za optimalno sledenje pogačice avtorji priporočajo postavitev trohlearne puše rahlo lateralno.


Trohlea se poglobi tako, da se trohlearno povrtalo potisne do konca (slika 37).

Odstranite vse instrumente.

Vstavitev izbrane golenične šablone in preskusnega vložka PE (slika 38).


Opomba

Treba je zagotoviti, da izbrana šablona zagotavlja zahtevano pokritje golenice in upošteva izbrano velikost stegnenice.




Sl. 39 Vstavitev preskusne stegenice

Vstavitev preskusne stegenice (slika 39) s pomočjo stegneničnega držala in pritrditev s stegneničnim impaktorjem (slika 40).



Sl. 40 Postavitev s stegneničnim impaktorjem



Sl. 41 Preskus celotne gibljivosti kolenskega sklepa


Ponovna namestitev ekstenzijskega aparata.

Opomba

Pri menjavi pogačice avtorji priporočajo, da se izvede osteotomija pogačice in namesti patelarna preskusna komponenta pred preskusom kolena.

Ko so nameščene vse začasne komponente, se koleno preskusi glede največjega razpona gibanja, stabilnosti, kinematike in gibljivosti (slika 41).


Anteriorna oznaka položaja golenične šablone z elektrokirurškim nožem na golenici.



Sl. 42 Vrtanje za stegnenične sidrne zatiče

Izvrstitev dveh lukenj za stegnenične sidrne zatiče (slika 42).

Odstranitev preskusne stegnenice in preskusnega vložka PE.




Sl. 43 Pritrditev golenične šablone

Priprava golenice

Pritrditev golenične šablone z dvema zatičema (slika 43), ki se ujemata z oznako na glavi golenice.



Sl. 44a




Sl. 44b

Golenično povrtalo mora biti priključeno na električni vrtalnik.


Postavite vodilo povrtala na golenično šablono. Trije zatiči morajo biti vstavljeni v odprtine golenične šablone. Bodite pozorni na oznako **»ventralno«**. Zaklenite vodilo povrtala na golenično šablono, tako da povrtalo rahlo zasukate v smeri urnega kazalca do zaustavitve. V tem položaju je sklop vodila povrtala in golenične šablone zaklenjen (slika 44a). Izvrtajte golenični medularni prostor (slika 44b).

Globina mora ustrezati približni dolžini sidrnega stema vnaprej določenega platoja golenice balanSys PS. Oznake velikosti so vgravirane na povrtalo.

Odstranitev vodila povrtala.



Sl. 45 Impaktiranje sidrnega vijaka



Sl. 46



Sl. 47

Sestava krilnega dleta z ročajem.

Postavite centrirno vodilo dleta na golenično šablono. Trije zatiči morajo biti vstavljeni v odprtine golenične šablone. Bodite pozorni na oznako **»ventralno«**. Zaklenite centrirno vodilo dleta na golenično šablono tako, da ga rahlo zasukate v smeri urnega kazalca do zaustavitve. V tem položaju je sklop centrirnega vodila dleta in golenične šablone zaklenjen. Sklop krilnega dleta impaktirajte previdno, da ne povzročite zloma golenice (slika 45).

Med uvedbo krilnega dleta je treba pri uporabi kirurške tehnike z medialnim pristopom paziti na zaščito lateralnega kolateralnega ligamenta in poplitealne kite.

Impaktirajte, dokler instrument ne doseže dna golenične šablone. Globina reber je odvisna od velikosti golenične šablone.

Odstranitev vseh preostalih instrumentov.


Potrebno je temeljito očiščenje površin osteotomij (npr. s pulzno lavažo).

Končna vsaditev


Med nanašanjem mora biti cement v zgodnji, testeni fazi viskoznosti. Ravnajte se po navodilih posebej za uporabljeni kostni cement.

Za zanesljivo fiksacijo platoja golenice v kost je treba zadnjo stran golenice v celoti cementirati s cementom v testeni fazi. Stem in rebra se lahko cementirajo ali ne.

Če platoja golenice ne cementirate v celoti in ne uporabite pritiska, lahko pride do zgodnjega omajanja proteze. Tudi cementiranje v napredovalih stadijih polimerizacije lahko privede do zgodnjega omajanja proteze.



Sl. 48



Sl. 49



Sl. 50

Opomba


Treba je razmisliti o previdnem nanosu cementa, da se prepreči čezmerno odlaganje cementa na posteriozne dele stegnenice in stegnenično komponento. Cement, ki štrli posterioarno, je težko odstraniti.

Vstavitev platoja golenice balanSys s pomočjo goleničnega impaktorja (slika 46).


Vstavitev vložka balanSys (slika 47).

Vstavitev stegnenice balanSys (cementirane ali nece-
mentirane) s pomočjo stegneničnega držala (slika 48)
in končno impaktiranje s stegneničnim impaktorjem
(slika 49).


Noga naj bo med strjevanjem kostnega cementa v
ekstenziji (slika 50).



Sl. 51 Namestitev rezalnega vodila stegneničnega ležišča



Sl. 52



Sl. 53

3.2 balanSys PS

Priprava stegenice

Na stegnenico se namesti vodilo ustrezne velikosti za rezanje ležišča stegenice. Ležati mora ravno na reseciranih površinah posteriorne in distalne stegenice (slika 51).


Opomba

Avtorji priporočajo, da se za optimizirano sledenje pogačice vodilo za rezanje ležišča stegenice postavi rahlo lateralno.

Vodilo bo v stiku z reseciranimi kostnimi površinami in mora biti na stegnenico pritrjeno diagonalno s štirimi zatiči. Najprej je treba uvesti najbolj posteriorne zatiče.

Za rezanje medialne in lateralne strani ter dna interkondilarne zारेze je treba uporabiti sabljasto žago in jo voditi vzdolž sten odprtega ležišča (slika 52).


Dno interkondilarne zारेze se lahko opcijsko izreže z dletom balanSys (slika 53).



Sl. 54 Odstranitev zatičev s kleščami

Po rezih se vodilo za rezanje stegneničnega ležišča in zatiči odstranijo (slika 54) v naslednjem vrstnem redu:


1. Zatiči
2. Rezalno vodilo
3. Resecirani kostni blok



Sl. 55 Vstavitev preskusne stegnenice

Določitev končnega položaja vsadka

Vstavitev preskusne stegnenice z držalom za stegnenico (slika 55).




Sl. 56 Pritrditev s stegneničnim impaktorjem

Končno pritrditev je treba opraviti s stegneničnim impaktorjem (slika 56).



Sl. 57 Vstavitev golenične šablone in preskusnega vložka PE



Sl. 58 Preskus celotne gibljivosti kolenskega sklepa

Po impaktiranju stegenice je treba golenico anteriorno subluksirati s Hohmannovimi retraktorji, da se postavi golenična šablona in preskusni vložek PS PE (slika 57).

Vstavitev golenične šablone in preskusnega vložka PS PE vnaprej določenih dimenzij in namestitev na resecirano golenico.

Opomba

Treba je zagotoviti, da izbrana šablona zagotavlja zahtevano pokritje golenice in upošteva izbrano velikost stegenice.

Ponovna namestitev ekstenzijskega aparata.

Opomba

Avtorji priporočajo, da se ob zamenjavi pogačice izvedeta osteotomija pogačice in namestitev patelarne preskusne komponente pred preskusom kolena.

Ko so nameščene vse začasne komponente PS, se koleno preskusi glede največjega razpona gibanja, stabilnosti, kinematike in gibljivosti (slika 58).

Golenična komponenta se ponavadi usede v položaj, v katerem najboljše artikulira s stegenico. Kakršne koli želene prilagoditve je treba opraviti, preden se označi končni položaj.

Po določitvi končnega položaja se s kavterizacijo označi mesto laserskih jedkanih črt na anteriorni periferiji golenične šablone.


Odstranitev preskusnega vložka PE in preskusne stegenice.




Sl. 59 Pritrditev z zatiči



Sl. 60 Položaj vodila povrtala



Sl. 61 Izvrtanje goleničnega medularnega prostora



Sl. 62 Priprava rebra

Priprava golenice

Ponovna namestitev golenične šablone glede na kavitacijsko oznako in pritrditev z dvema anteriornima zatičema (slika 59).

Golenično povrtalo mora biti priključeno na električni vrtalnik.

Postavite golenično povrtalo na golenično šablono. Trije zatiči morajo biti vstavljeni v odprtine golenične šablone. Bodite pozorni na oznako **»ventralno«**. Zaklenite vodilo povrtala na golenično šablono, tako da povrtalo rahlo zasukate v smeri urnega kazalca do zaustavitve. V tem položaju je sklop vodila povrtala in golenične šablone zaklenjen (slika 60). Izvrtajte golenični medularni prostor (slika 61).

Globina mora ustrezati ustrezni dolžini sidrnega stema vnaprej določenega platoja golenice balanSys PS. Oznake velikosti so vgravirane na povrtalo.

Odstranitev vodila povrtala.


Sestava krilnega dleta z ročajem.

Postavite centrirno vodilo dleta na golenično šablono. Trije zatiči morajo biti vstavljeni v odprtine golenične šablone. Bodite pozorni na oznako **»ventralno«**. Zaklenite centrirno vodilo dleta na golenično šablono tako, da ga rahlo zasukate v smeri urnega kazalca do zaustavitve. V tem položaju je sklop centrirnega vodila dleta in golenične šablone zaklenjen. Sklop krilnega dleta impaktirajte previdno, da ne povzročite zloma golenice (slika 62).


Med uvedbo krilnega dleta je treba pri uporabi kirurške tehnike z medialnim pristopom paziti na zaščito lateralnega kolateralnega ligamenta in poplitealne kite.

Impaktirajte, dokler instrument ne doseže dna golenične šablone. Globina reber je odvisna od velikosti golenične šablone.


Odstranitev vseh preostalih instrumentov.



Sl. 63 Vstavite golenično komponento in jo impaktirajte



Sl. 64 Vstavev stegenice



Sl. 65 Končno impaktiranje s stegneničnim impaktorjem

Dokončna implantacija balanSys PS

Po izbiri vsadkov je priporočljiva še zadnja kontrola, da se zagotovi, da se stegnenične in golenične komponente ter komponente vložka ujemajo.

Med nanašanjem mora biti cement v zgodnji, testeni fazi viskoznosti. Ravnajte se po navodilih posebej za uporabljeni kostni cement.

Za zanesljivo fiksacijo platoja golenice v kost je treba zadnjo stran golenice v celoti cementirati s cementom v testeni fazi. Stem in rebra se lahko cementirajo ali ne.

Če platoja golenice ne cementirate v celoti in ne uporabite pritiska, lahko pride do zgodnjega omajanja proteze. Tudi cementiranje v napredovalih stadijih polimerizacije lahko privede do zgodnjega omajanja proteze.

Opomba


Treba je razmisliti o previdnem nanosu cementa, da se prepreči čezmerno odlaganje cementa na posteriorne dele stegenice in stegnenično komponento. Cement, ki štrli posteriorno, je težko odstraniti.

Za končno vsaditev mora biti koleno pokrčeno.

Vstavite plato golenice balanSys PS in ga impaktirajte s goleničnim impaktorjem (slika 63).

Stegnenična komponenta balanSys PS se namesti na stegenico s pomočjo stegneničnega držala (slika 64). Stegnenični kondili stegenice balanSys PS morajo biti zaščiteni, da se prepreči opraskanje.

Končno impaktiranje s stegneničnim impaktorjem (slika 65).



Sl. 66

Opomba

Odstranitev odvečnega cementa. Zelo priporočljivo je, da posebej pazite, da se odstrani cement vzdolž proksimalnega dela stegnenične komponente in stegneničnega ležišča. Površino platoja golenice je treba očistiti.

Vstavitev vložka balanSys PS (slika 66).



Sl. 67


Noga naj bo med strjevanjem kostnega cementa v ekstenziji (slika 67).

Opomba

Po vstavitvi vložka in zatrditvi kostnega cementa je potrebna posebna pozornost, da se odstrani ves preostali cement v stegneničnem ležišču.

Priloga


1 – Intramedularna osteotomija golenice



Sl. 68 Odprtje medularnega kanala


Osteotomija golenice se lahko opravi tudi z intramedularno poravnavo.

Medularni kanal se odpre v vzdolžni osi na eminenci z 8,5 mm svedrom (slika 68).



Sl. 69

Počasna vstavitev prečne intramedularne palice (slika 69).



Sl. 70

Namestitev intramedularno poravnanega goleničnega referenčnega sistema (slika 70).

- Povežite intramedularni golenični referenčni sistem (1) s prečnim proksimalnim namerilnim pripomočkom (10)
- Pritrdite ga z vijakom (2)
- Vnaprej sestavljeno opremo natakните na prečno intramedularno palico (3)
- Distalna poravnava goleničnega referenčnega sistema z drugo metatarzofalangealno kostjo in proksimalno na prehod medialne v srednjo tretjino golenične grče
- Udarjanje po nosilcu (4)
- Prilagoditev varusnega/valgusnega kota s pomočjo prilagoditvenega vijaka (5)
- Najprej nastavite golenično rezalno vodilo (11) na ničlo in ga pritrdite z vijakom (6). Določite naklon. Uporabite šesterokotni izvijač za nastavitve posteriornega naklona glede na anatomijo od 0° – 11° (9)
- Z referenčno ploščo ali golenično iglo določite prvotno sklepno črto v višini najbolj ohranjene golenične sklepne površine

- Prilagoditev sklepne črte se opravi s T-vijakom (7)
- Pritrdite golenični referenčni sistem proksimalno z vsaj dvema zatičema v specificiranih luknjah (poševni in ravni) (8)
- Luknji se predhodno izvrtata s 3,2 mm svedrom
- S šesterokotnim izvijačem nastavite golenično rezalno vodilo 6–8 mm distalno (6)
- Z referenčno ploščo preverite načrtovano osteotomijo golenice
- Odstranitev vijaka intramedularnega držala (2) in intramedularno poravnanega goleničnega resekcijskega instrumenta (1, 3, 4)


Opomba

Avtorji priporočajo posteriorni naklon 7° za vsadek, ki ohrani križno vez, in do 5° za vsadek, ki nadomesti zadnjo križno vez.


Za nadaljevanje glejte poglavje »Osteotomija golenice« (slika 29).

Priloga


2 – Pogačica balanSys 3-Peg



Sl. 71



Sl. 72



Sl. 73

Odstranite vse morebitne marginalne osteofite.

Glede na anatomske značilnosti določite velikost pogačice.

Prem.	3-Peg FLAT	3-Peg
26	8 mm	–
28	8 mm	10,2 mm
31	8 mm	11,4 mm
34	9 mm	12,3 mm
37	9 mm	13,0 mm


Izsukajte pogačico in jo centralno primite s kleščami za pogačico.

Z nastavkom za višino prilagodite resekcijsko višino na izbrano nastavitev velikosti pogačice.

Opomba

*Poskrbite, da boste za pogačico s tremi nogicami 3-Peg Patella FLAT uporabili klešče za resekcijo pogačice Flat (označene z velikostmi **26–37**), za pogačico s tremi nogicami 3-Peg Patella pa standardne klešče za resekcijo pogačice (označene z velikostmi **28–37**).*

Skozi vodilo za žago na lateralni strani klešč za pogačico izvedite osteotomijo pogačice.



Sl. 74

Namestite vrtalno vodilo, da določite končni položaj vsadka pogačice glede na predhodno določeno pot drsenja stegneničnega ščita.

S 5,5 mm svedrom izvrtajte tri luknje za nogice pogačice.



Sl. 75

Zadajšnja površina pogačice, pripravljena za vsaditev.




Sl. 76

Vstavite preskusno pogačico predhodno določene velikosti (FLAT ali standardno).

Poševno porežite medialni in lateralni rob zadajšnje površine pogačice.

Preverite drsenje v femoro-patelarnem sklepu z vidika centriranja.




Sl. 77

Temeljito očistite površino osteotomije.

Vstavitev pogačice balanSys 3-Peg, zacementirane s cementno objemko.

Odstranite vse morebitne robne ostanke cementa.



Sl. 78

Po strditvi cementa odstranite cementno objemko.

Po zaprtju sklepne ovojnice opravite končni funkcijski test in preverite centrirano gibanje pogačice.

Priloga

3 – Številke artiklov vsadkov balanSys

Stegnenične komponente balanSys za CR/UC/RP

Stegnenična komponenta balanSys, cementirana



Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.15.3401	56 mm	XS levo
72.15.3701	58 mm	S levo
72.15.4001	60 mm	A levo
72.15.4301	64 mm	B levo
72.15.4601	68 mm	C levo
72.15.4901	72 mm	D levo
72.15.5201	76 mm	E levo
72.15.5501	80 mm	F levo
72.15.3402	56 mm	XS desno
72.15.3702	58 mm	S desno
72.15.4002	60 mm	A desno
72.15.4302	64 mm	B desno
72.15.4602	68 mm	C desno
72.15.4902	72 mm	D desno
72.15.5202	76 mm	E desno
72.15.5502	80 mm	F desno

Material: CoCrMo

Stegnenična komponenta balanSys, necementirana



Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
73.15.3401TPS	56 mm	XS levo
73.15.3701TPS	58 mm	S levo
73.15.4001TPS	60 mm	A levo
73.15.4301TPS	64 mm	B levo
73.15.4601TPS	68 mm	C levo
73.15.4901TPS	72 mm	D levo
73.15.5201TPS	76 mm	E levo
73.15.5501TPS	80 mm	F levo
73.15.3402TPS	56 mm	XS desno
73.15.3702TPS	58 mm	S desno
73.15.4002TPS	60 mm	A desno
73.15.4302TPS	64 mm	B desno
73.15.4602TPS	68 mm	C desno
73.15.4902TPS	72 mm	D desno
73.15.5202TPS	76 mm	E desno
73.15.5502TPS	80 mm	F desno

Material: CoCrMo, Premaz TiCP

Komponente balanSys Fixed Bearing

Vložek balanSys CR PE



Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
74.30.5908	59mm	8,0mm
74.30.5910	59mm	10,5mm
74.30.5913	59mm	13,0mm
74.30.5915	59mm	15,5mm
74.30.6208	62mm	8,0mm
74.30.6210	62mm	10,5mm
74.30.6213	62mm	13,0mm
74.30.6215	62mm	15,5mm
74.30.6408	64mm	8,0mm
74.30.6410	64mm	10,5mm
74.30.6413	64mm	13,0mm
74.30.6415	64mm	15,5mm
74.30.6708	67mm	8,0mm
74.30.6710	67mm	10,5mm
74.30.6713	67mm	13,0mm
74.30.6715	67mm	15,5mm

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
74.30.7008	70mm	8,0mm
74.30.7010	70mm	10,5mm
74.30.7013	70mm	13,0mm
74.30.7015	70mm	15,5mm
74.30.7508	75mm	8,0mm
74.30.7510	75mm	10,5mm
74.30.7513	75mm	13,0mm
74.30.7515	75mm	15,5mm
72.34.0170	80mm	8,0mm
72.34.0171	80mm	10,5mm
72.34.0172	80mm	13,0mm
72.34.0173	80mm	15,5mm
72.34.0174	85mm	8,0mm
72.34.0175	85mm	10,5mm
72.34.0176	85mm	13,0mm
72.34.0177	85mm	15,5mm

Material: UHMWPE



Vložek balanSys CR vitamys

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.34.1000	59mm	8,0mm
72.34.1001	59mm	9,0mm
72.34.1002	59mm	10,5mm
72.34.1003	59mm	11,5mm
72.34.1004	59mm	13,0mm
72.34.1005	59mm	15,5mm
72.34.1010	62mm	8,0mm
72.34.1011	62mm	9,0mm
72.34.1012	62mm	10,5mm
72.34.1013	62mm	11,5mm
72.34.1014	62mm	13,0mm
72.34.1015	62mm	15,5mm
72.34.1020	64mm	8,0mm
72.34.1021	64mm	9,0mm
72.34.1022	64mm	10,5mm
72.34.1023	64mm	11,5mm
72.34.1024	64mm	13,0mm
72.34.1025	64mm	15,5mm
72.34.1030	67mm	8,0mm
72.34.1031	67mm	9,0mm
72.34.1032	67mm	10,5mm
72.34.1033	67mm	11,5mm
72.34.1034	67mm	13,0mm
72.34.1035	67mm	15,5mm

Material: VEPE

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.34.1040	70mm	8,0mm
72.34.1041	70mm	9,0mm
72.34.1042	70mm	10,5mm
72.34.1043	70mm	11,5mm
72.34.1044	70mm	13,0mm
72.34.1045	70mm	15,5mm
72.34.1050	75mm	8,0mm
72.34.1051	75mm	9,0mm
72.34.1052	75mm	10,5mm
72.34.1053	75mm	11,5mm
72.34.1054	75mm	13,0mm
72.34.1055	75mm	15,5mm
72.34.1060	80mm	8,0mm
72.34.1061	80mm	9,0mm
72.34.1062	80mm	10,5mm
72.34.1063	80mm	11,5mm
72.34.1064	80mm	13,0mm
72.34.1065	80mm	15,5mm
72.34.1070	85mm	8,0mm
72.34.1071	85mm	9,0mm
72.34.1072	85mm	10,5mm
72.34.1073	85mm	11,5mm
72.34.1074	85mm	13,0mm
72.34.1075	85mm	15,5mm



Vložek balanSys UC PE

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
77.30.5908	59mm	8,0mm
77.30.5910	59mm	10,5mm
77.30.5913	59mm	13,0mm
77.30.5915	59mm	15,5mm
77.30.5918	59mm	18,0mm
77.30.5920	59mm	20,5mm
77.30.6208	62mm	8,0mm
77.30.6210	62mm	10,5mm
77.30.6213	62mm	13,0mm
77.30.6215	62mm	15,5mm
77.30.6218	62mm	18,0mm
77.30.6220	62mm	20,5mm
77.30.6408	64mm	8,0mm
77.30.6410	64mm	10,5mm
77.30.6413	64mm	13,0mm
77.30.6415	64mm	15,5mm
77.30.6418	64mm	18,0mm
77.30.6420	64mm	20,5mm
77.30.6708	67mm	8,0mm
77.30.6710	67mm	10,5mm
77.30.6713	67mm	13,0mm
77.30.6715	67mm	15,5mm
77.30.6718	67mm	18,0mm
77.30.6720	67mm	20,5mm

Material: UHMWPE

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
77.30.7008	70mm	8,0mm
77.30.7010	70mm	10,5mm
77.30.7013	70mm	13,0mm
77.30.7015	70mm	15,5mm
77.30.7018	70mm	18,0mm
77.30.7020	70mm	20,5mm
77.30.7508	75mm	8,0mm
77.30.7510	75mm	10,5mm
77.30.7513	75mm	13,0mm
77.30.7515	75mm	15,5mm
77.30.7518	75mm	18,0mm
77.30.7520	75mm	20,5mm
72.34.0182	80mm	8,0mm
72.34.0183	80mm	10,5mm
72.34.0184	80mm	13,0mm
72.34.0185	80mm	15,5mm
72.34.0186	80mm	18,0mm
72.34.0187	80mm	20,5mm
72.34.0188	85mm	8,0mm
72.34.0189	85mm	10,5mm
72.34.0190	85mm	13,0mm
72.34.0191	85mm	15,5mm
72.34.0192	85mm	18,0mm
72.34.0193	85mm	20,5mm



vitamys®

Vložek balanSys UC vitamys

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.34.1100	59mm	8,0mm
72.34.1101	59mm	9,0mm
72.34.1102	59mm	10,5mm
72.34.1103	59mm	11,5mm
72.34.1104	59mm	13,0mm
72.34.1105	59mm	15,5mm
72.34.1106	59mm	18,0mm
72.34.1107*	59mm	20,5mm
72.34.1110	62mm	8,0mm
72.34.1111	62mm	9,0mm
72.34.1112	62mm	10,5mm
72.34.1113	62mm	11,5mm
72.34.1114	62mm	13,0mm
72.34.1115	62mm	15,5mm
72.34.1116	62mm	18,0mm
72.34.1117*	62mm	20,5mm
72.34.1120	64mm	8,0mm
72.34.1121	64mm	9,0mm
72.34.1122	64mm	10,5mm
72.34.1123	64mm	11,5mm
72.34.1124	64mm	13,0mm
72.34.1125	64mm	15,5mm
72.34.1126	64mm	18,0mm
72.34.1127*	64mm	20,5mm
72.34.1130	67mm	8,0mm
72.34.1131	67mm	9,0mm
72.34.1132	67mm	10,5mm
72.34.1133	67mm	11,5mm
72.34.1134	67mm	13,0mm
72.34.1135	67mm	15,5mm
72.34.1136	67mm	18,0mm
72.34.1137*	67mm	20,5mm

Material: VEPE

*na zahtevo

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.34.1140	70mm	8,0mm
72.34.1141	70mm	9,0mm
72.34.1142	70mm	10,5mm
72.34.1143	70mm	11,5mm
72.34.1144	70mm	13,0mm
72.34.1145	70mm	15,5mm
72.34.1146	70mm	18,0mm
72.34.1147*	70mm	20,5mm
72.34.1150	75mm	8,0mm
72.34.1151	75mm	9,0mm
72.34.1152	75mm	10,5mm
72.34.1153	75mm	11,5mm
72.34.1154	75mm	13,0mm
72.34.1155	75mm	15,5mm
72.34.1156	75mm	18,0mm
72.34.1157*	75mm	20,5mm
72.34.1160	80mm	8,0mm
72.34.1161	80mm	9,0mm
72.34.1162	80mm	10,5mm
72.34.1163	80mm	11,5mm
72.34.1164	80mm	13,0mm
72.34.1165	80mm	15,5mm
72.34.1166	80mm	18,0mm
72.34.1167*	80mm	20,5mm
72.34.1170	85mm	8,0mm
72.34.1171	85mm	9,0mm
72.34.1172	85mm	10,5mm
72.34.1173	85mm	11,5mm
72.34.1174	85mm	13,0mm
72.34.1175	85mm	15,5mm
72.34.1176	85mm	18,0mm
72.34.1177*	85mm	20,5mm



Plato golenice balanSys PS, cementiran

Št. izdelka	Mediolat.
79.15.0400	59 mm
79.15.0401	62 mm
79.15.0056	64 mm
79.15.0402	67 mm
79.15.0057	70 mm
79.15.0058	75 mm
79.15.0059	80 mm
79.15.0060	85 mm

Material: CoCrMo

Komponente balanSys Mobile Bearing RP

Vložek balanSys RP PE



Št. izdelka	Stegnenica	Velikost	Št. izdelka	Stegnenica	Velikost
72.34.0200	XS	8,0 mm	78.30.7008	C	8,0 mm
72.34.0201	XS	10,5 mm	78.30.7010	C	10,5 mm
72.34.0202	XS	13,0 mm	78.30.7013	C	13,0 mm
72.34.0203	XS	15,5 mm	78.30.7015	C	15,5 mm
72.34.0206	S	8,0 mm	78.30.7408	D	8,0 mm
72.34.0207	S	10,5 mm	78.30.7410	D	10,5 mm
72.34.0208	S	13,0 mm	78.30.7413	D	13,0 mm
72.34.0209	S	15,5 mm	78.30.7415	D	15,5 mm
78.30.6208	A	8,0 mm	78.30.7808	E	8,0 mm
78.30.6210	A	10,5 mm	78.30.7810	E	10,5 mm
78.30.6213	A	13,0 mm	78.30.7813	E	13,0 mm
78.30.6215	A	15,5 mm	78.30.7815	E	15,5 mm
78.30.6608	B	8,0 mm	72.34.0242	F	8,0 mm
78.30.6610	B	10,5 mm	72.34.0243	F	10,5 mm
78.30.6613	B	13,0 mm	72.34.0244	F	13,0 mm
78.30.6615	B	15,5 mm	72.34.0245	F	15,5 mm

Material: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastne kroglice, možnost)



vitamys®

Vložek balanSys RP vitamys

Št. izdelka	Stegnenica	Velikost
72.34.1200	XS	8,0 mm
72.34.1201	XS	9,0 mm
72.34.1202	XS	10,5 mm
72.34.1203	XS	11,5 mm
72.34.1204	XS	13,0 mm
72.34.1205	XS	15,5 mm
72.34.1210	S	8,0 mm
72.34.1211	S	9,0 mm
72.34.1212	S	10,5 mm
72.34.1213	S	11,5 mm
72.34.1214	S	13,0 mm
72.34.1215	S	15,5 mm
72.34.1220	A	8,0 mm
72.34.1221	A	9,0 mm
72.34.1222	A	10,5 mm
72.34.1223	A	11,5 mm
72.34.1224	A	13,0 mm
72.34.1225	A	15,5 mm
72.34.1230	B	8,0 mm
72.34.1231	B	9,0 mm
72.34.1232	B	10,5 mm
72.34.1233	B	11,5 mm
72.34.1234	B	13,0 mm
72.34.1235	B	15,5 mm

Material: VEPE

Št. izdelka	Stegnenica	Velikost
72.34.1240	C	8,0 mm
72.34.1241	C	9,0 mm
72.34.1242	C	10,5 mm
72.34.1243	C	11,5 mm
72.34.1244	C	13,0 mm
72.34.1245	C	15,5 mm
72.34.1250	D	8,0 mm
72.34.1251	D	9,0 mm
72.34.1252	D	10,5 mm
72.34.1253	D	11,5 mm
72.34.1254	D	13,0 mm
72.34.1255	D	15,5 mm
72.34.1260	E	8,0 mm
72.34.1261	E	9,0 mm
72.34.1262	E	10,5 mm
72.34.1263	E	11,5 mm
72.34.1264	E	13,0 mm
72.34.1265	E	15,5 mm
72.34.1270	F	8,0 mm
72.34.1271	F	9,0 mm
72.34.1272	F	10,5 mm
72.34.1273	F	11,5 mm
72.34.1274	F	13,0 mm
72.34.1275	F	15,5 mm



Plato golenice balanSys RP, cementiran

Št. izdelka	Mediolat.
72.34.0059	59 mm
72.34.0060	62 mm
72.34.0061	64 mm
72.34.0062	67 mm
72.34.0063	70 mm
72.34.0064	75 mm
72.34.0065	80 mm
72.34.0066	85 mm

Material: CoCrMo

Komponente balanSys PS

Stegnenična komponenta balanSys PS, cementirana



Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
79.15.0999	56 mm	XS right
79.15.1000	58 mm	S right
79.15.0001	60 mm	A right
79.15.0002	64 mm	B right
79.15.0003	68 mm	C right
79.15.0004	72 mm	D right
79.15.0005	76 mm	E right
79.15.1006	80 mm	F right
79.15.1009	56 mm	XS left
79.15.1010	58 mm	S left
79.15.0011	60 mm	A left
79.15.0012	64 mm	B left
79.15.0013	68 mm	C left
79.15.0014	72 mm	D left
79.15.0015	76 mm	E left
79.15.1016	80 mm	F left

Material: CoCrMo



Vložek balanSys PS PE

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
79.30.9986	59mm	8,0mm
79.30.9987	59mm	10,5mm
79.30.9988	59mm	13,0mm
79.30.9989	59mm	15,5mm
79.30.9990	59mm	18,0mm
79.30.9991	59mm	20,5mm
79.30.9992	59mm	23,0mm
79.30.9993	62mm	8,0mm
79.30.9994	62mm	10,5mm
79.30.9995	62mm	13,0mm
79.30.9996	62mm	15,5mm
79.30.9997	62mm	18,0mm
79.30.9998	62mm	20,5mm
79.30.9999	62mm	23,0mm
79.30.0200	64mm	8,0mm
79.30.0201	64mm	10,5mm
79.30.0202	64mm	13,0mm
79.30.0203	64mm	15,5mm
79.30.0204	64mm	18,0mm
79.30.0205	64mm	20,5mm
79.30.0206	64mm	23,0mm
79.30.0210	67mm	8,0mm
79.30.0211	67mm	10,5mm
79.30.0212	67mm	13,0mm
79.30.0213	67mm	15,5mm
79.30.0214	67mm	18,0mm
79.30.0215	67mm	20,5mm
79.30.0216	67mm	23,0mm

Material: UHMWPE

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
79.30.0010	70mm	8,0mm
79.30.0011	70mm	10,5mm
79.30.0012	70mm	13,0mm
79.30.0013	70mm	15,5mm
79.30.0014	70mm	18,0mm
79.30.0015	70mm	20,5mm
79.30.0016	70mm	23,0mm
79.30.0020	75mm	8,0mm
79.30.0021	75mm	10,5mm
79.30.0022	75mm	13,0mm
79.30.0023	75mm	15,5mm
79.30.0024	75mm	18,0mm
79.30.0025	75mm	20,5mm
79.30.0026	75mm	23,0mm
72.34.0255	80mm	8,0mm
72.34.0256	80mm	10,5mm
72.34.0257	80mm	13,0mm
72.34.0258	80mm	15,5mm
72.34.0259	80mm	18,0mm
72.34.0260	80mm	20,5mm
72.34.0261	80mm	23,0mm
72.34.0262	85mm	8,0mm
72.34.0263	85mm	10,5mm
72.34.0264	85mm	13,0mm
72.34.0265	85mm	15,5mm
72.34.0266	85mm	18,0mm
72.34.0267	85mm	20,5mm
72.34.0268	85mm	23,0mm



vitamys®

Vložek balanSys PS vitamys

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.34.1300	59mm	8,0mm
72.34.1301	59mm	9,0mm
72.34.1302	59mm	10,5mm
72.34.1303	59mm	11,5mm
72.34.1304	59mm	13,0mm
72.34.1305	59mm	15,5mm
72.34.1306	59mm	18,0mm
72.34.1307*	59mm	20,5mm
72.34.1310	62mm	8,0mm
72.34.1311	62mm	9,0mm
72.34.1312	62mm	10,5mm
72.34.1313	62mm	11,5mm
72.34.1314	62mm	13,0mm
72.34.1315	62mm	15,5mm
72.34.1316	62mm	18,0mm
72.34.1317*	62mm	20,5mm
72.34.1320	64mm	8,0mm
72.34.1321	64mm	9,0mm
72.34.1322	64mm	10,5mm
72.34.1323	64mm	11,5mm
72.34.1324	64mm	13,0mm
72.34.1325	64mm	15,5mm
72.34.1326	64mm	18,0mm
72.34.1327*	64mm	20,5mm
72.34.1330	67mm	8,0mm
72.34.1331	67mm	9,0mm
72.34.1332	67mm	10,5mm
72.34.1333	67mm	11,5mm
72.34.1334	67mm	13,0mm
72.34.1335	67mm	15,5mm
72.34.1336	67mm	18,0mm
72.34.1337*	67mm	20,5mm

Material: VEPE

*na zahtevo

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.34.1340	70mm	8,0mm
72.34.1341	70mm	9,0mm
72.34.1342	70mm	10,5mm
72.34.1343	70mm	11,5mm
72.34.1344	70mm	13,0mm
72.34.1345	70mm	15,5mm
72.34.1346	70mm	18,0mm
72.34.1347*	70mm	20,5mm
72.34.1350	75mm	8,0mm
72.34.1351	75mm	9,0mm
72.34.1352	75mm	10,5mm
72.34.1353	75mm	11,5mm
72.34.1354	75mm	13,0mm
72.34.1355	75mm	15,5mm
72.34.1356	75mm	18,0mm
72.34.1357*	75mm	20,5mm
72.34.1360	80mm	8,0mm
72.34.1361	80mm	9,0mm
72.34.1362	80mm	10,5mm
72.34.1363	80mm	11,5mm
72.34.1364	80mm	13,0mm
72.34.1365	80mm	15,5mm
72.34.1366	80mm	18,0mm
72.34.1367*	80mm	20,5mm
72.34.1370	85mm	8,0mm
72.34.1371	85mm	9,0mm
72.34.1372	85mm	10,5mm
72.34.1373	85mm	11,5mm
72.34.1374	85mm	13,0mm
72.34.1375	85mm	15,5mm
72.34.1376	85mm	18,0mm
72.34.1377*	85mm	20,5mm

Komponente balanSys TiNbN

Stegnenična komponenta balanSys TiNbN, cementirana



Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.23.3401	56 mm	XS levo
72.23.3701	58 mm	S levo
72.23.4001	60 mm	A levo
72.23.4301	64 mm	B levo
72.23.4601	68 mm	C levo
72.23.4901	72 mm	D levo
72.23.5201	76 mm	E levo
72.23.5501	80 mm	F levo

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
72.23.3402	56 mm	XS desno
72.23.3702	58 mm	S desno
72.23.4002	60 mm	A desno
72.23.4302	64 mm	B desno
72.23.4602	68 mm	C desno
72.23.4902	72 mm	D desno
72.23.5202	76 mm	E desno
72.23.5502	80 mm	F desno

Material: CoCrMo, premaz TiNbN

Plato golenice balanSys PS TiNbN Fix, cementiran



Št. izdelka	Mediolat.
79.23.0400	59 mm
79.23.0401	62 mm
79.23.0056	64 mm
79.23.0402	67 mm

Št. izdelka	Mediolat.
79.23.0057	70 mm
79.23.0058	75 mm
79.23.0059	80 mm
79.23.0060	85 mm

Material: CoCrMo, premaz TiNbN

Stegnenična komponenta balanSys PS TiNbN, cementirana



Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
79.23.1009	56 mm	XS levo
79.23.1010	58 mm	S levo
79.23.0011	60 mm	A levo
79.23.0012	64 mm	B levo
79.23.0013	68 mm	C levo
79.23.0014	72 mm	D levo
79.23.0015	76 mm	E levo
79.23.1016	80 mm	F levo

Št. izdelka	Mediolat.	Velikost
79.23.0999	56 mm	XS desno
79.23.1000	58 mm	S desno
79.23.0001	60 mm	A desno
79.23.0002	64 mm	B desno
79.23.0003	68 mm	C desno
79.23.0004	72 mm	D desno
79.23.0005	76 mm	E desno
79.23.1006	80 mm	F desno

Material: CoCrMo, premaz TiNbN

Komponente balanSys 3-Peg Patella FLAT



Št. izdelka	Premier Ø
72.34.0049	26 mm
72.34.0050	28 mm
72.34.0051	31 mm
72.34.0052	34 mm
72.34.0053	37 mm

Material: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastne kroglice)

Komponente balanSys 3-Peg Patella



Št. izdelka	Premier Ø
72.30.0128	28 mm
72.30.0131	31 mm
72.30.0134	34 mm
72.30.0137	37 mm

Material: UHMWPE, FeCrNiMoMn (kontrastne kroglice)

Priloga

5 – Številke artiklov za instrumente balanSys

Osnovni instrumenti

balanSys osnovni komplet 71.34.9000A	53
balanSys osnovni preskusni komplet Essential 71.34.9005A	58

Kirurška tehnika

balanSys LIS 4v1 71.34.9030A	61
------------------------------	----

Preskusni instrumenti

Preskusni set balanSys CR/UC	63
Preskusni set balanSys PS	68
Preskusni set balanSys RP (možnost)	74


Instrumenti za pogačico

balanSys 3 nogice pogačica FLAT 71.34.0080A	78
balanSys 3 nog. pogačica Standard 71.34.0081A	78

Pred vsakim kirurškim posegom je treba pregledati instrumente glede znakov poškodb ali deformacije. Uporabite samo nepoškodovane instrumente. Ne uporabljajte preskusnih komponent s praskami ali drugimi poškodbami.

balanSys osnovni komplet 71.34.9000A

Št. slike / 71.34.0545 **balanSys osnovni komplet, pokrov**



71.34.0546 **balanSys osnovni komplet, pladenj**



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3096	balanSys golen. igla	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3006	balanSys klešče	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3032	balanSys TRS namer. pripomoček, proks.	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3034	balanSys TRS namer. pripomoček, distal.	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0686	balanSys dleto za osteofite, ukriv.	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
314.270	Izvijač, šestkot., 3.5	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.4018	balanSys rezal. vodilo, golen. 1.3	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3083	balanSys TRS rez.vod., golen, des. LIS	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3084	balanSys TRS rez. vod., golen., levo LIS	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3043	balanSys TRS ročaj za intramed. palico	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3035	balanSys TRS gleženj. držalo	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
77.02.0041	balanSys TRS vezni vijak	1


Št. izdelka	Opis	Kol.
77.02.0019	balanSys TRS vijak	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
77.02.0043	balanSys TRS zaklepni vijak	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3036	balanSys TRS distal. priključ.	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3041	balanSys TRS intramed. okov	1

balanSys osnovni komplet 71.34.9000A



71.34.0547 **balanSys osnovni komplet, vlož. za plad.**



Št. izdelka	Opis	Kol.
70.04.0109	balanSys pal. za poravnavo, central. del	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3042	balanSys TRS intramed. palica	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.1005	balanSys TRS gum. trak 3x25x300	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
70.04.0111	balanSys pal. za poravnavo, dolga	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
70.04.0110	balanSys pal. za poravnavo, kratka	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3014	balanSys palica za impakt./ekstrakt.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3054	balanSys zatič 3.2/80	6



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0108	balanSys zatič z glavo 3.2/20	6



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3003	Zatič z glavo, Ø3.2/6.5x52	4



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0100	balanSys sveder 8.5/11mm	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
315.310	AO sveder 3.2	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0107	balanSys plošč. tipala 1.3	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3005	balanSys kost. retraktor	2



Izbirni instrumenti


Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0647	Igla za sveder 3,2 mm x 89 mm	6



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0787	Hitra spojka, kvadrat 2.25 (adapter za vrtni zatič)	1

balanSys osnovni preskusni komplet Essential 71.34.9005A

Št. slike / 71.34.0203 **balanSys presk. kpl Essential št. 1 pokr.**



71.34.0204 **balanSys presk. kpl Essential št. 1 plad.**



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0744	balanSys držalo stegn. XS-F	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0698	balanSys impaktor golen.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0699	balanSys impaktor stegn.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0240	balanSys namest. instr. za pl. golen.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0788	balanSys stegn. ekstraktor	1




Izbirni instrumenti

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0745	balanSys držalo stegn. XS-D	1

balanSys osnovni preskusni komplet Essential 71.34.9005A

Št. slike / 71.34.0205 **balanSys** presk. kpl Essential št.2 pokr.



71.34.0206 **balanSys** presk. kpl Essential št.2 plad.



Št. izdelka	Opis	Kol.
79.02.0651	balanSys dist. blok, stegn. 9	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
79.02.0640	balanSys dist. blok, golen. 8	1
71.34.0947*	balanSys dist. blok, golen. 9	1
79.02.0641	balanSys dist. blok, golen. 10,5	1
71.34.0948*	balanSys dist. blok, golen. 11,5	1
79.02.0642	balanSys dist. blok, golen. 13	1
79.02.0643	balanSys dist. blok, golen. 15,5	1
79.02.0644	balanSys dist. blok, golen. 18	1
79.02.0645	balanSys dist. blok, golen. 20,5	1
79.02.0646	balanSys dist. blok, golen. 23	1

* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0198	balanSys dleto z rebrom 59–85	1
71.34.0199	balanSys dleto z rebrom 59–75	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0197	balanSys vodilo za cent. dleta	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0196	balanSys držalo za šabl. golen.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0200	balanSys povrtalo	1




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0201	balanSys vodilo za povrt.	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0700	balanSys ročaj dleta za rez. golen.	1

balanSys LIS 4v1 71.34.9030A

Št. slike / 71.34.0162 **balanSys LIS 4in1 pokrov**



71.34.0163 **balanSys LIS 4in1 pladenj**



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0767	balanSys vod. za vel./rot.steg. LIS XS-D	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0768	balanSys vod. za vel./rot.steg. LIS A-F	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0769	balanSys stegn. Rotation Bearing mala 0°	1
71.34.0770	balanSys stegn. Rot. Bearing mala 3°	1
71.34.0771	balanSys stegn. Rot. Bearing mala 5°	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0772	balanSys stegn. Rot. Bearing velika 0°	1
71.34.0773	balanSys stegn. Rot. Bearing velika 3°	1
71.34.0774	balanSys stegn. Rot. Bearing velika 5°	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0775	balanSys tipalo velikosti LIS	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0776	balanSys drž. za distal. rez. vodilo LIS	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3091	balanSys blok za porav. osi 3° LIS	1
71.02.3092	balanSys blok za porav. osi 5° LIS	1
71.34.0777	balanSys blok za porav. osi 6° LIS	1
71.02.3093	balanSys blok za porav. osi 7° LIS	1
71.02.3094	balanSys blok za porav. osi 9° LIS	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0121	balanSys distal. rezal. vodilo STANDARD	1




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0128	balanSys distal. rezal. vodilo MINI	1

Izbirni instrumenti

NISO del standardne konfiguracije in jih je treba naročiti posebej:

Preskusni set balanSys CR/UC št. 1

Št. slike / 71.34.0241 balanSys presk.kpl CR/UC št.1 pokrov



71.34.1075 balanSys presk.kpl 7-CR/UC št.1 plad.

Preskusni set balanSys CR/UC

Izberite svojo velikost konfiguracije

Set št.	Stegnenica	Golenica
71.34.9050A	A/B/C/D/E	64/67/70/75/80/85
71.34.0789A	XS/S/F	59/62



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0357	balanSys PE presk. vložek 59/8	1
71.34.0949*	balanSys PE presk. vložek 59/9	1
71.34.0358	balanSys PE presk. vložek 59/10.5	1
71.34.0950*	balanSys PE presk. vložek 59/11.5	1
71.34.0359	balanSys PE presk. vložek 59/13	1
71.34.0360	balanSys PE presk. vložek 59/15.5	1
71.34.0361	balanSys PE presk. vložek 59/18	1
71.34.0362	balanSys PE presk. vložek 59/20.5	1
71.34.0210	balanSys PE presk. vložek 62/8	1
71.34.0951*	balanSys PE presk. vložek 62/9	1
71.34.0211	balanSys PE presk. vložek 62/10.5	1
71.34.0952*	balanSys PE presk. vložek 62/11.5	1
71.34.0212	balanSys PE presk. vložek 62/13	1
71.34.0213	balanSys PE presk. vložek 62/15.5	1
71.34.0214	balanSys PE presk. vložek 62/18	1
71.34.0215	balanSys PE presk. vložek 62/20.5	1
71.34.0216	balanSys PE presk. vložek 64/8	1
71.34.0953*	balanSys PE presk. vložek 64/9	1
71.34.0217	balanSys PE presk. vložek 64/10.5	1
71.34.0954*	balanSys PE presk. vložek 64/11.5	1
71.34.0218	balanSys PE presk. vložek 64/13	1
71.34.0219	balanSys PE presk. vložek 64/15.5	1
71.34.0220	balanSys PE presk. vložek 64/18	1
71.34.0221	balanSys PE presk. vložek 64/20.5	1
71.34.0222	balanSys PE presk. vložek 67/8	1
71.34.0955*	balanSys PE presk. vložek 67/9	1
71.34.0223	balanSys PE presk. vložek 67/10.5	1
71.34.0956*	balanSys PE presk. vložek 67/11.5	1
71.34.0224	balanSys PE presk. vložek 67/13	1
71.34.0225	balanSys PE presk. vložek 67/15.5	1
71.34.0226	balanSys PE presk. vložek 67/18	1
71.34.0227	balanSys PE presk. vložek 67/20.5	1
71.34.0477	balanSys PE presk. vložek 70/8	1
71.34.0957*	balanSys PE presk. vložek 70/9	1
71.34.0478	balanSys PE presk. vložek 70/10.5	1
71.34.0958*	balanSys PE presk. vložek 70/11.5	1
71.34.0479	balanSys PE presk. vložek 70/13	1
71.34.0480	balanSys PE presk. vložek 70/15.5	1
71.34.0481	balanSys PE presk. vložek 70/18	1
71.34.0482	balanSys PE presk. vložek 70/20.5	1


* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0483	balanSys PE presk. vložek 75/8	1
71.34.0959*	balanSys PE presk. vložek 75/9	1
71.34.0484	balanSys PE presk. vložek 75/10.5	1
71.34.0960*	balanSys PE presk. vložek 75/11.5	1
71.34.0485	balanSys PE presk. vložek 75/13	1
71.34.0486	balanSys PE presk. vložek 75/15.5	1
71.34.0487	balanSys PE presk. vložek 75/18	1
71.34.0488	balanSys PE presk. vložek 75/20.5	1
71.34.0228	balanSys PE presk. vložek 80/8	1
71.34.0961*	balanSys PE presk. vložek 80/9	1
71.34.0229	balanSys PE presk. vložek 80/10.5	1
71.34.0962*	balanSys PE presk. vložek 80/11.5	1
71.34.0230	balanSys PE presk. vložek 80/13	1
71.34.0231	balanSys PE presk. vložek 80/15.5	1
71.34.0232	balanSys PE presk. vložek 80/18	1
71.34.0233	balanSys PE presk. vložek 80/20.5	1
71.34.0234	balanSys PE presk. vložek 85/8	1
71.34.0963*	balanSys PE presk. vložek 85/9	1
71.34.0235	balanSys PE presk. vložek 85/10.5	1
71.34.0964*	balanSys PE presk. vložek 85/11.5	1
71.34.0236	balanSys PE presk. vložek 85/13	1
71.34.0237	balanSys PE presk. vložek 85/15.5	1
71.34.0238	balanSys PE presk. vložek 85/18	1
71.34.0239	balanSys PE presk. vložek 85/20.5	1

* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici

Preskusni set balanSys CR/UC št. 2

Št. slike / 71.34.0243 balanSys presk.kpl CR/UC št.2 pokrov



71.34.0244 balanSys presk.kpl CR/UC št.2 pladenj



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0355	balanSys preskus. stegn. XS leva	1
71.34.0356	balanSys preskus. stegn. XS des.	1
71.34.0504	balanSys preskus. stegn. S leva	1
71.34.0505	balanSys preskus. stegn. S des.	1
71.02.4001	balanSys preskus. stegn. A leva	1
71.02.4002	balanSys preskus. stegn. A des.	1
71.02.4301	balanSys preskus. stegn. B leva	1
71.02.4302	balanSys preskus. stegn. B des.	1
71.02.4601	balanSys preskus. stegn. C leva	1
71.02.4602	balanSys preskus. stegn. C des.	1
71.02.4901	balanSys preskus. stegn. D leva	1
71.02.4902	balanSys preskus. stegn. D des.	1
71.02.5201	balanSys preskus. stegn. E leva	1
71.02.5202	balanSys preskus. stegn. E des.	1
71.34.0371	balanSys preskus. stegn. F leva	1
71.34.0372	balanSys preskus. stegn. F des.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0353V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD XS	1
71.34.0122V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD S	1
71.34.0123V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD A	1
71.34.0124V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD B	1
71.34.0125V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD C	1
71.34.0126V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD D	1
71.34.0127V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD E	1
71.34.0370V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD F	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0535	balanSys CR/PS golen. šablona 59	1
71.34.0536	balanSys CR/PS golen. šablona 62	1
71.34.0537	balanSys CR/PS golen. šablona 64	1
71.34.0538	balanSys CR/PS golen. šablona 67	1
71.34.0539	balanSys CR/PS golen. šablona 70	1
71.34.0540	balanSys CR/PS golen. šablona 75	1
71.34.0541	balanSys CR/PS golen. šablona 80	1
71.34.0542	balanSys CR/PS golen. šablona 85	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3023	balanSys trohl. povrtalo	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3024	balanSys trohl. puša	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0023	balanSys sveder z zaustav. 6	1

Izbirni instrumenti


NISO del standardne konfiguracije in jih je treba naročiti posebej:



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0363	balanSys 4in1 rezalni blok MINI XS	1
71.34.0129	balanSys 4in1 rezalni blok MINI S	1
71.34.0130	balanSys 4in1 rezalni blok MINI A	1
71.34.0131	balanSys 4in1 rezalni blok MINI B	1
71.34.0132	balanSys 4in1 rezalni blok MINI C	1
71.34.0133	balanSys 4in1 rezalni blok MINI D	1
71.34.0134	balanSys 4in1 rezalni blok MINI E	1
71.34.0373	balanSys 4in1 rezalni blok MINI F	1

Preskusni set balanSys PS

Št. slike / 71.34.0286 balanSys preskusni kpl PS št. 1 pokrovv



71.34.0288 balanSys presk. kpl PS št. 1 vl. za plad.

Preskusni set balanSys PS

Izberite svojo velikost konfiguracije

Set št.	Stegnenica	Golenica
71.34.9070A	A/B/C/D/E	64/67/70/75/80/85
71.34.0790A	XS/S/F	59/62




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0384	balanSys PS PE presk. vložek 59/8	1
71.34.0965*	balanSys PS PE presk. vložek 59/9	1
71.34.0385	balanSys PS PE presk. vložek 59/10.5	1
71.34.0966*	balanSys PS PE presk. vložek 59/11.5	1
71.34.0386	balanSys PS PE presk. vložek 59/13	1
71.34.0387	balanSys PS PE presk. vložek 59/15.5	1
71.34.0388	balanSys PS PE presk. vložek 59/18	1
71.34.0389	balanSys PS PE presk. vložek 59/20.5	1
71.34.0503	balanSys PS PE presk. vložek 59/23	1
71.34.0249	balanSys PS PE presk. vložek 62/8	1
71.34.0967*	balanSys PS PE presk. vložek 62/9	1
71.34.0250	balanSys PS PE presk. vložek 62/10.5	1
71.34.0968*	balanSys PS PE presk. vložek 62/11.5	1
71.34.0251	balanSys PS PE presk. vložek 62/13	1
71.34.0252	balanSys PS PE presk. vložek 62/15.5	1
71.34.0253	balanSys PS PE presk. vložek 62/18	1
71.34.0254	balanSys PS PE presk. vložek 62/20.5	1
71.34.0255	balanSys PS PE presk. vložek 62/23	1
71.34.0256	balanSys PS PE presk. vložek 64/8	1
71.34.0969*	balanSys PS PE presk. vložek 64/9	1
71.34.0257	balanSys PS PE presk. vložek 64/10.5	1
71.34.0970*	balanSys PS PE presk. vložek 64/11.5	1
71.34.0258	balanSys PS PE presk. vložek 64/13	1
71.34.0259	balanSys PS PE presk. vložek 64/15.5	1
71.34.0260	balanSys PS PE presk. vložek 64/18	1
71.34.0261	balanSys PS PE presk. vložek 64/20.5	1
71.34.0262	balanSys PS PE presk. vložek 64/23	1
71.34.0263	balanSys PS PE presk. vložek 67/8	1
71.34.0971*	balanSys PS PE presk. vložek 67/9	1
71.34.0264	balanSys PS PE presk. vložek 67/10.5	1
71.34.0972*	balanSys PS PE presk. vložek 67/11.5	1
71.34.0265	balanSys PS PE presk. vložek 67/13	1
71.34.0266	balanSys PS PE presk. vložek 67/15.5	1
71.34.0267	balanSys PS PE presk. vložek 67/18	1
71.34.0268	balanSys PS PE presk. vložek 67/20.5	1
71.34.0269	balanSys PS PE presk. vložek 67/23	1

* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0489	balanSys PS PE presk. vložek 70/8	1
71.34.0973*	balanSys PS PE presk. vložek 70/9	1
71.34.0490	balanSys PS PE presk. vložek 70/10.5	1
71.34.0974*	balanSys PS PE presk. vložek 70/11.5	1
71.34.0491	balanSys PS PE presk. vložek 70/13	1
71.34.0492	balanSys PS PE presk. vložek 70/15.5	1
71.34.0493	balanSys PS PE presk. vložek 70/18	1
71.34.0494	balanSys PS PE presk. vložek 70/20.5	1
71.34.0495	balanSys PS PE presk. vložek 70/23	1
71.34.0496	balanSys PS PE presk. vložek 75/8	1
71.34.0975*	balanSys PS PE presk. vložek 75/9	1
71.34.0497	balanSys PS PE presk. vložek 75/10.5	1
71.34.0976*	balanSys PS PE presk. vložek 75/11.5	1
71.34.0498	balanSys PS PE presk. vložek 75/13	1
71.34.0499	balanSys PS PE presk. vložek 75/15.5	1
71.34.0500	balanSys PS PE presk. vložek 75/18	1
71.34.0501	balanSys PS PE presk. vložek 75/20.5	1
71.34.0502	balanSys PS PE presk. vložek 75/23	1
71.34.0270	balanSys PS PE presk. vložek 80/8	1
71.34.0977*	balanSys PS PE presk. vložek 80/9	1
71.34.0271	balanSys PS PE presk. vložek 80/10.5	1
71.34.0978*	balanSys PS PE presk. vložek 80/11.5	1
71.34.0272	balanSys PS PE presk. vložek 80/13	1
71.34.0273	balanSys PS PE presk. vložek 80/15.5	1
71.34.0274	balanSys PS PE presk. vložek 80/18	1
71.34.0275	balanSys PS PE presk. vložek 80/20.5	1
71.34.0276	balanSys PS PE presk. vložek 80/23	1
71.34.0277	balanSys PS PE presk. vložek 85/8	1
71.34.0979*	balanSys PS PE presk. vložek 85/9	1
71.34.0278	balanSys PS PE presk. vložek 85/10.5	1
71.34.0980*	balanSys PS PE presk. vložek 85/11.5	1
71.34.0279	balanSys PS PE presk. vložek 85/13	1
71.34.0280	balanSys PS PE presk. vložek 85/15.5	1
71.34.0281	balanSys PS PE presk. vložek 85/18	1
71.34.0282	balanSys PS PE presk. vložek 85/20.5	1
71.34.0283	balanSys PS PE presk. vložek 85/23	1

* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici

Preskusni set balanSys PS



71.34.0287 balanSys preskusni kpl PS št.1 pladenj




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0690	balanSys dleto 22 mm XS/S	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0691	balanSys dleto 25 mm A–F	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0390	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. XS	1
71.34.0284	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. S	1
79.02.0265	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. A	1
79.02.0266	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. B	1
79.02.0267	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. C	1
79.02.0268	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. D	1
79.02.0269	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. E	1
71.34.0401	balanSys PS rez. vod. za stegn. votl. F	1

Preskusni set balanSys PS

Št. slike / 71.34.0289 balanSys presk. klp PS št. 2 pokrov



71.34.0290 balanSys presk. klp PS št. 2 pladenj



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0383	balanSys PS preskus. stegn. XS des.	1
71.34.0382	balanSys PS preskus. stegn. XS leva	1
71.34.0248	balanSys PS preskus. stegn. S des.	1
71.34.0247	balanSys PS preskus. stegn. S leva	1
79.02.0040	balanSys PS preskus. stegn. A des.	1
79.02.0041	balanSys PS preskus. stegn. A leva	1
79.02.0042	balanSys PS preskus. stegn. B des.	1
79.02.0043	balanSys PS preskus. stegn. B leva	1
79.02.0044	balanSys PS preskus. stegn. C des.	1
79.02.0045	balanSys PS preskus. stegn. C leva	1
79.02.0046	balanSys PS preskus. stegn. D des.	1
79.02.0047	balanSys PS preskus. stegn. D leva	1
79.02.0048	balanSys PS preskus. stegn. E des.	1
79.02.0049	balanSys PS preskus. stegn. E leva	1
71.34.0400	balanSys PS preskus. stegn. F des.	1
71.34.0399	balanSys PS preskus. stegn. F leva	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0353V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD XS	1
71.34.0122V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD S	1
71.34.0123V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD A	1
71.34.0124V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD B	1
71.34.0125V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD C	1
71.34.0126V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD D	1
71.34.0127V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD E	1
71.34.0370V	balanSys 4in1 rezalni blok STANDARD F	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0535	balanSys CR / PS golen. šablona 59	1
71.34.0536	balanSys CR/PS golen. šablona 62	1
71.34.0537	balanSys CR/PS golen. šablona 64	1
71.34.0538	balanSys CR/PS golen. šablona 67	1
71.34.0539	balanSys CR/PS golen. šablona 70	1
71.34.0540	balanSys CR/PS golen. šablona 75	1
71.34.0541	balanSys CR/PS golen. šablona 80	1
71.34.0542	balanSys CR/PS golen. šablona 85	1

Izbirni instrumenti


NISO del standardne konfiguracije in jih je treba naročiti posebej:



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0363	balanSys 4in1 rezalni blok MINI XS	1
71.34.0129	balanSys 4in1 rezalni blok MINI S	1
71.34.0130	balanSys 4in1 rezalni blok MINI A	1
71.34.0131	balanSys 4in1 rezalni blok MINI B	1
71.34.0132	balanSys 4in1 rezalni blok MINI C	1
71.34.0133	balanSys 4in1 rezalni blok MINI D	1
71.34.0134	balanSys 4in1 rezalni blok MINI E	1
71.34.0373	balanSys 4in1 rezalni blok MINI F	1

balanSys preskusni komplet RP 71.34.9060A (možnost)

Št. slike / 71.34.1056 **leggera komplet pokrov**



71.34.0997 **balanSys preskusni komplet 6-RP pladenj**




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0297	balanSys RP presk. plato golen. 70	1
71.34.0298	balanSys RP presk. plato golen. 75	1
71.34.0299	balanSys RP presk. plato golen. 80	1
71.34.0300	balanSys RP presk. plato golen. 85	1

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0574	balanSys RP PE presk. vložek C/8	1
71.34.0989*	balanSys RP PE presk. vložek C/9	1
71.34.0575	balanSys RP PE presk. vložek C/10.5	1
71.34.0990*	balanSys RP PE presk. vložek C/11.5	1
71.34.0576	balanSys RP PE presk. vložek C/13	1
71.34.0577	balanSys RP PE presk. vložek C/15.5	1
71.34.0580	balanSys RP PE presk. vložek D/8	1
71.34.0991*	balanSys RP PE presk. vložek D/9	1
71.34.0581	balanSys RP PE presk. vložek D/10.5	1
71.34.0992*	balanSys RP PE presk. vložek D/11.5	1
71.34.0582	balanSys RP PE presk. vložek D/13	1
71.34.0583	balanSys RP PE presk. vložek D/15.5	1
71.34.0586	balanSys RP PE presk. vložek E/8	1
71.34.0993*	balanSys RP PE presk. vložek E/9	1
71.34.0587	balanSys RP PE presk. vložek E/10.5	1
71.34.0994*	balanSys RP PE presk. vložek E/11.5	1
71.34.0588	balanSys RP PE presk. vložek E/13	1
71.34.0589	balanSys RP PE presk. vložek E/15.5	1
71.34.0429	balanSys RP PE presk. vložek F/8	1
71.34.0995*	balanSys RP PE presk. vložek F/9	1
71.34.0430	balanSys RP PE presk. vložek F/10.5	1
71.34.0996*	balanSys RP PE presk. vložek F/11.5	1
71.34.0431	balanSys RP PE presk. vložek F/13	1
71.34.0432	balanSys RP PE presk. vložek F/15.5	1

* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici

balanSys preskusni komplet RP 71.34.9060A (možnost)



71.34.0998 balanSys preskusni komplet 6-RP vložek



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0418	balanSys RP presk. plato golen. 59	1
71.34.0294	balanSys RP presk. plato golen. 62	1
71.34.0295	balanSys RP presk. plato golen. 64	1
71.34.0296	balanSys RP presk. plato golen. 67	1


Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0413	balanSys RP PE presk. vložek XS/8	1
71.34.0981*	balanSys RP PE presk. vložek XS/9	1
71.34.0414	balanSys RP PE presk. vložek XS/10.5	1
71.34.0982*	balanSys RP PE presk. vložek XS/11.5	1
71.34.0415	balanSys RP PE presk. vložek XS/13	1
71.34.0416	balanSys RP PE presk. vložek XS/15.5	1
71.34.0301	balanSys RP PE presk. vložek S/8	1
71.34.0983*	balanSys RP PE presk. vložek S/9	1
71.34.0302	balanSys RP PE presk. vložek S/10.5	1
71.34.0984*	balanSys RP PE presk. vložek S/11.5	1
71.34.0303	balanSys RP PE presk. vložek S/13	1
71.34.0304	balanSys RP PE presk. vložek S/15.5	1
71.34.0562	balanSys RP PE presk. vložek A/8	1
71.34.0985*	balanSys RP PE presk. vložek A/9	1
71.34.0563	balanSys RP PE presk. vložek A/10.5	1
71.34.0986*	balanSys RP PE presk. vložek A/11.5	1
71.34.0564	balanSys RP PE presk. vložek A/13	1
71.34.0565	balanSys RP PE presk. vložek A/15.5	1
71.34.0568	balanSys RP PE presk. vložek B/8	1
71.34.0987*	balanSys RP PE presk. vložek B/9	1
71.34.0569	balanSys RP PE presk. vložek B/10.5	1
71.34.0988*	balanSys RP PE presk. vložek B/11.5	1
71.34.0570	balanSys RP PE presk. vložek B/13	1
71.34.0571	balanSys RP PE presk. vložek B/15.5	1

* Vložka balanSys PE 9 mm in 11,5 mm sta na voljo samo v različici

balanSys pogač. 3 nog., flat 71.34.0080A

Št. slike / 71.34.0082

balanSys pokrov za pogač., 3 nog., flat




71.34.0083 balanSys pokrov za pogač., 3 nog., flat

balanSys pogač. 3 nog., standard 71.34.0081A


Št. slike / 71.34.0084

balanSys pokr. za pogač., 3 nog., stand.

71.34.0085 balanSys plad. za pogač., 3 nog., stand.



Št. izdelka	Opis
71.34.0071	balanSys klešče za resek. pogač., flat



Št. izdelka	Opis
71.34.0070	balanSys klešče za resek. pogač., dvig.



Št. izdelka	Opis
71.34.0708	balanSys presk. pogač., 3 nog., flat 26
71.34.0075	balanSys presk. pogač., 3 nog., flat 28
71.34.0076	balanSys presk. pogač., 3 nog., flat 31
71.34.0077	balanSys presk. pogač., 3 nog., flat 34
71.34.0078	balanSys presk. pogač., 3 nog., flat 37



Št. izdelka	Opis
71.02.3063	balanSys presk. pogač., 3 nog., 28
71.02.3064	balanSys preskus. pogač., 3 nog., 31
71.02.3065	balanSys preskus. pogač., 3 nog., 34
71.02.3066	balanSys preskus. pogač., 3 nog., 37



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.2201	balanSys univer. klešče za pogač.	1




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0074	balanSys vod. za sv., za klešče, pogač.	1



Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0073	balanSys prip. za cem., klešče, pogač.	1




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3061	Sveder 5.5	1



Izbirni instrumenti

NISO del standardne konfiguracije in jih je treba naročiti posebej:

Št. izdelka	Opis	Kol.
71.34.0079	balanSys vod. za določ. velik. pogač.	1




Št. izdelka	Opis	Kol.
71.02.3002	balanSys premerka za pogač.	1

Priloga


6 – Številke artiklov za merilne šablone balanSys

balanSys BICON Knee System 330.030.034

Primerno za CR, UC in RP



balanSys PS Knee System 330.030.035



Simboli in okrajšave



Izdelovalec



Pravilno



Nepravilno



Opozorilo

CR Cruciate Retaining
(Cruciate Retaining)

UC Ultra Congruent
(Ultra Congruent)

PS Posterior Stabilized
(Posterior Stabilized)

RP Rotating Platform
(Rotating Platform)

ACL Sprednja križna vez
(Anterior Cruciate Ligament)

PCL Zadnja križna vez
(Posterior Cruciate Ligament)

MCL Medialna kolateralna vez
(Medial Collateral Ligament)

LCL Lateralna kolateralna vez
(Lateral Collateral Ligament)

TRS Referenčni sistem za golenico
(Tibia Reference System)

IFU Navodila za uporabo
(Instruction For Use)

[illegible]

Australia	Mathys Orthopaedics Pty Ltd Artarmon, NSW 2064 Tel: +61 2 9417 9200 info.au@mathysmedical.com	Italy	Mathys Ortopedia S.r.l. 20141 Milan Tel: +39 02 4959 8085 info.it@mathysmedical.com
Austria	Mathys Orthopädie GmbH 2351 Wiener Neudorf Tel: +43 2236 860 999 info.at@mathysmedical.com	Japan	Mathys KK Tokyo 108-0075 Tel: +81 3 3474 6900 info.jp@mathysmedical.com
Belgium	Mathys Orthopaedics Belux N.V.-S.A. 3001 Leuven Tel: +32 16 38 81 20 info.be@mathysmedical.com	New Zealand	Mathys Ltd. Auckland Tel: +64 9 478 39 00 info.nz@mathysmedical.com
France	Mathys Orthopédie S.A.S 63360 Gerzat Tel: +33 4 73 23 95 95 info.fr@mathysmedical.com	Netherlands	Mathys Orthopaedics B.V. 3001 Leuven Tel: +31 88 1300 500 info.nl@mathysmedical.com
Germany	Mathys Orthopädie GmbH «Centre of Excellence Sales» Bochum 44809 Bochum Tel: +49 234 588 59 0 sales.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Ceramics» Mörsdorf 07646 Mörsdorf/Thür. Tel: +49 364 284 94 0 info.de@mathysmedical.com «Centre of Excellence Production» Hermsdorf 07629 Hermsdorf Tel: +49 364 284 94 110 info.de@mathysmedical.com	P. R. China	Mathys (Shanghai) Medical Device Trading Co., Ltd Shanghai, 200041 Tel: +86 21 6170 2655 info.cn@mathysmedical.com
		Switzerland	Mathys (Schweiz) GmbH 2544 Bettlach Tel: +41 32 644 1 458 info@mathysmedical.com
		United Kingdom	Mathys Orthopaedics Ltd Alton, Hampshire GU34 2QL Tel: +44 8450 580 938 info.uk@mathysmedical.com

Local Marketing Partners in over 30 countries worldwide ...

